



МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ  
"СВЕТИ НАУМ"

АКРЕДИТИРАНА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА  
София 1113, ул. "д-р Любен Русев" № 1, тел (02) 9702 300 (222); 0886766068, факс (02) 8709309;  
Ел. поща ubalnp@yahoo.com  
MULTIPROFILE HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT IN NEUROLOGY AND PSYCHIATRY  
"ST. NAUM"  
ACCREDITED UNIVERSITY HOSPITAL  
1113 Sofia, 1, Louben Roussev str.; tel: +359 (2) 9702 300 (222); 0886766068, fax: +359 (2) 8709309;  
E-mail: ubalnp@yahoo.com

## Решение

№ ..... Д-31 .....  
София ..... 05.02 ..... 2018 г.

за прекратяване на обществена поръчка, провеждана чрез открита процедура, с предмет: „Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София“, открита с Решение № Д-240/25.10.2017г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, частта за:

1. Обособена позиция № 2 „Консумативи за ПВК и други“
2. Обособена позиция № 6 „Специфични спринцовки“
3. Обособена позиция № 9 „Хирургичен материал - конци; Резци за скалпели“
4. Обособена позиция № 10 „Канюли“

На основание чл. 106, ал. 6 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.22, ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки и въз основа на резултатите от разглеждане и оценка на офертите, обективирани в доклад с вх. № В-387/30.01.2018г., утвърден от възложителя на 31.01.2018г., Протокол № 1 от 12.12.2017г., Протокол № 2 от 15.12.2017г., Протокол № 3 от 10.01.2018г., Протокол № 4 от 16.01.2018г. и Протокол № 5 от 26.01.2018г., на комисия назначена със Заповед № Д-275/05.12.2017г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД за разглеждане и оценка и на подадените оферти, подбор и класиране на участниците по обществената поръчка с горепосочения предмет, като възприемам изцяло мотивите на комисията

## РЕШИХ:

**I. Отстранявам участника „Соломед“ ЕООД от участие в обществената поръчка по обособени позиции № 2 и № 6, на основание чл. 107, т.1 от ЗОП. Участникът не е изпълнил условия, посочени в документацията на обществената поръчка.**

### **Мотиви:**

**Техническите предложения по обособени позиции №2 и № 6 не съответстват на изискванията на възложителя.**

1. Предоставената от участника мостра по номенклатурна единица 2.2 от обособена позиция № 2 не съответства на изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация:

- за номенклатурна единица 2.2 - възложителят е изискал в Техническата спецификация в т.3 „обем за обезвъздушаване 2.6 ml”. Участникът е предложил продукт с „обем за обезвъздушаване 0.66 ml”;

- за номенклатурна единица 2.2 - възложителят е изискал в Техническата спецификация в т.5 „устойчив на налягане 4 bar”. Участникът е предложил продукт устойчив на налягане 2 bar;

2. Предоставената от участника мостра по номенклатурна единица 6.2 от обособена позиция № 6 не съответства на изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация: възложителят изисква в Техническата спецификация в т.2 и т.4 от описанието на изделието „Вътрешен лумен 1.5 мм, обем за обезвъздушаване 2.6 мл; Устойчив на налягане 4 bar”. Участникът е предложил мостра с обем за обезвъздушаване 0.66 мл; устойчив на налягане 2 bar.

Това представлява неизпълнение на изискването на възложителя за комплексност на офертата по съответната обособена позиция, съответно води до невъзможност същата да бъде оценена и класирана.

**II. Отстранявам участника „Хелмед България” ЕООД от участие в обществената поръчка по обособена позиция № 2 на основание чл. 107, т.1 от ЗОП - участникът не е изпълнил условия, посочени в документацията на обществената поръчка.**

### **Мотиви:**

**Техническото предложение по обособена позиция №2 не съответства на изискванията на възложителя.**

Предоставената от участника мостра по номенклатурна единица 2.2 от обособена позиция № 2 не съответства на изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация:

- за номенклатурна единица 2.2 - възложителят изисква в Техническата спецификация в т.3 „обем за обезвъздушаване 2.6 ml”. Участникът е предложил продукт с „обем за обезвъздушаване 2.2 ml”;

- за номенклатурна единица 2.2 - възложителят изисква в Техническата спецификация в т. 5 „устойчив на налягане 4 bar”. Участникът е предложил продукт за който върху опаковката и никъде в офертата няма данни за устойчивост на налягане“.

Това представлява неизпълнение на изискването на възложителя за комплексност на офертата по съответната обособена позиция, съответно води до невъзможност същата да бъде оценена и класирана.

**III. Отстранявам участника „Истлинк България” ООД от участие в обществената поръчка по обособени позиции № 2, № 6, № 9 и № 10 на основание чл. 107, т.1 от ЗОП. Участникът не е изпълнил условия, посочени в документацията на обществената поръчка.**

### **Мотиви:**



**Техническите предложения по обособени позиции № 2, № 6, № 9 и № 10 не съответстват на изискванията на възложителя.**

1. Предоставената от участника мостра по номенклатурна единица 2.2 от обособена позиция № 2 не съответства на изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация:
  - за номенклатурна единица 2.2 – възложителят изисква в Техническата спецификация в т.3 от описанието на изделието „обем за обезвъздушаване 2.6 ml“. Участникът е предложил продукт за който върху опаковката и никъде в офертата няма данни за обем за обезвъздушаване.
  - за номенклатурна единица 2.2 - възложителят изисква в ТС в т. 5 „устойчив на налягане 4 bar“. Участникът е предложил продукт за който върху опаковката и никъде в офертата няма данни за устойчивост на налягане;
2. Предоставената от участника мостра по номенклатурна единица 6.3 от обособена позиция № 6 не съответства на изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация: възложителят изисква в Техническата спецификация изделие „MEDRAD“, за да съответства на апаратурата на лечебното заведение. Участникът е предложил продукт с търговска марка „Medtron“, което не съответства на апаратурата на лечебното заведение.
3. Предоставените от участника мостри по номенклатурни единици 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 и 9.6 от обособена позиция № 9 не съответстват на изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация:
  - за номенклатурна единица 9.1. - възложителят изисква в Техническата спецификация (в описанието на изделието) „лигатури 2 x 70 см“. Участникът е предложил продукт „лигатури 6 x 45 см“. Предоставената мостра за номенклатурна единица 9.1. не съответства на изискванията на възложителя.
  - за номенклатурна единица 9.2. - възложителят изисква в Техническата спецификация (в описанието на изделието) „дължина 90 см, с права обла игла 51 мм със силиконово покритие“. Участникът е предложил продукт „дължина 75 см, с права обла игла 48 мм“, липсва обозначение за силиконово покритие. Предоставената мостра за номенклатурна единица 9.2. не съответства на изискванията на възложителя.
  - за номенклатурна единица 9.4. - възложителят изисква в Техническата спецификация (в описанието на изделието) „обла игла 30 мм“. Участникът е предложил продукт „обла игла 35 мм“, липсва обозначение за силиконово покритие. Предоставената мостра за номенклатурна единица 9.4. не съответства на изискванията на възложителя.
  - за номенклатурна единица 9.5. - възложителят изисква в Техническата спецификация (в описанието на изделието) „Резци за скапели от въглеродна стомана N 11“. Участникът е предложил продукт на който липсва обозначение за размера на резците за скапели. Предоставената мостра за номенклатурна единица 9.5. не съответства на изискванията на възложителя.
  - за номенклатурна единица 9.6. - възложителят изисква в Техническата спецификация (в описанието на изделието) „Резци за скапели от въглеродна стомана N 12“. Участникът е предложил продукт на който липсва обозначение за



размера на резците за скапели. Предоставената мостра за номенклатурна единица 9.6. не съответства на изискванията на възложителя.

4. По обособена позиция № 10 участникът не е предоставил мостра по номенклатурна единица 10.4. Нито една от представените мостри за останалите номенклатури в обособена позиция 10 няма уникален ID номер, каквото е изискването на възложителя, определено с техническата спецификация.

В раздел III. „Съдържание на офертите и подаване на оферти“, т.1.2., буква „с“ от документацията за участие в обществената поръчка, възложителят изрично е записал: **“Представянето на мостри за всички номенклатури от обособена позиция е задължително”**.

Това представлява неизпълнение на изискването на възложителя за комплексност на офертата по съответната обособена позиция, съответно води до невъзможност същата да бъде оценена и класирана.

**IV. Отстранявам участника „Агарта – ЦМ” ЕООД от участие в обществената поръчка по обособени позиции № 2 и № 6 на основание чл. 107, т.1 от ЗОП.** Участникът не е изпълнил условия, посочени в документацията на обществената поръчка.

#### **Мотиви:**

**Техническите предложения по обособени позиции № 2 и № 6 не съответстват на изискванията на възложителя.**

1. Предоставената от участника мостра по номенклатурна единица 2.2 от обособена позиция № 2 не съответства на изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация:
  - за номенклатурна единица 2.2 - възложителят изисква в Техническата спецификация в т.3 от описанието на изделието „обем за обезвъздушаване 2.6 ml”. Участникът е предложил продукт за който върху опаковката и никъде в офертата няма данни за обем за обезвъздушаване;
  - за номенклатурна единица 2.2 - възложителят изисква в Техническата спецификация в т.5 от описанието на изделието „устойчив на налягане 4 bar”. Участникът е предложил продукт за който върху опаковката и никъде в офертата няма данни за устойчивост на налягане;
2. Предоставената от участника мостра по номенклатурна единица 6.2 от обособена позиция № 6 не съответства на изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация:
  - за номенклатурна единица 6.2 - възложителят изисква в Техническата спецификация в т.2 от описанието на изделието „обем за обезвъздушаване 2.6 ml”. Участникът е предложил продукт за който върху опаковката и никъде в офертата няма данни за обем за обезвъздушаване;
  - за номенклатурна единица 6.2 - възложителят изисква в Техническата спецификация в т.4 от описанието на изделието „устойчив на налягане 4 bar”. Участникът е предложил продукт за който върху опаковката и никъде в офертата няма данни за устойчивост на налягане.

Това представлява неизпълнение на изискването на възложителя за комплексност на офертата по съответната обособена позиция, съответно води до невъзможност същата да бъде оценена и класирана.

V. Прекратявам обществената поръчка по обособени позиции № 2, № 6, № 9 и № 10 на основание чл. 110, ал.1, т. 2 от ЗОП, тъй като офертите, представени от участниците не отговарят на изискванията на възложителя, определени с документацията за обществената поръчка.

VI. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок на участниците в процедурата и в същия ден да се публикува в Профила на купувача на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД.

Преписката е достъпна в Профила на купувача на възложителя с електронна връзка: <http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/otkriti-proceduri/item/461-op-100-dostavka-na-meditsinski-konsumativi-za-nuzhdite-na-mbalnp>

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му от всеки заинтересован участник в процедурата.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

*Заличени са  
осн. чл. 2 абз. 3 ЗЗПД*

ЮВ, Д.М.Н