



МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ
"СВЕТИ НАУМ"

АКРЕДИТИРАНА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА

София 1113, ул. "д-р Любен Русев" № 1, тел (02) 9702 300 (222); 0886766068, факс (02) 8709309;

Ел. поща ubalnp@yahoo.com

MULTIPROFILE HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT IN NEUROLOGY AND PSYCHIATRY
"ST. NAUM"

ACCREDITED UNIVERSITY HOSPITAL

1113 Sofia, 1, Louben Roussev str.; tel: +359 (2) 9702 300 (222); 0886766068, fax +359 (2) 8709309;

E-mail: ubalnp@yahoo.com

Решение

№ A-198

София 24.10. 2016 г.

за прекратяване на обществена поръчка, провеждана чрез открита процедура, с предмет: „Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София”, открита с Решение № Д-151/08.08.2016 г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София в частта за:

1. Обособена позиция № 1 „ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ, ПЛАСТИРИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ПРЕВЪРЪЗКИ“
2. Обособена позиция № 2 „РЪКАВИЦИ, ЧАРШАФИ И ПРЕСТИЛКИ“
3. Обособена позиция № 3 „ИНЖЕКЦИОННИ ИГЛИ“
4. Обособена позиция № 5 „ПЕРИФЕРНИ ВЕНОЗНИ КАТЕТРИ“
5. Обособена позиция № 14 „СКАЛПЕЛИ И ХИРУРГИЧНИ КОНЦИ“
6. Обособена позиция № 15 „КАНИУЛИ“

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и чл. 108, т. 4 от ЗОП и въз основа на резултатите от разглеждане и оценка на офертите, обективирани в доклад с вх. № В-4003/14.10.2016г., утвърден от възложителя на 17.10.2016 г., Протокол № 1 от 07.10.2016г. и Протокол № 2 от 14.10.2016г., на комисия назначена със Заповед № Д-175/16.09.2016г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД за разглеждане и оценка на подадените оферти, подбор и класиране на участниците по обществената поръчка с горепосочения предмет

РЕШИХ:

I. Отстранявам участника „Химтекс“ ООД по обособена позиция № 2 на основание чл. 107, т. 1 и т. 2, буква „а“ от ЗОП.

Мотиви: Техническото предложение на участника по обособената позиция не е изготвено в съответствие с изискванията на възложителя. Участникът не е изпълнил условия, посочени в документацията на обществената поръчка. Участникът не е предоставил мостра за номенклатурна единица 2.13. Съгласно Раздел III. Съдържание на офертите и подаване на оферти. буква д) от „Указанията за подготовка на офертата“, представянето на мостри за всички номенклатури от обособена позиция е задължително. Между представената оферта и изискванията на възложителя са налице и следните несъответствия:

- за номенклатурна единица 2.14, възложителят изисква продукт чаршаф, нестерилен 150/240 см, със самозалепващ се кант. Участникът е предложил продукт без самозалепващ се кант.

- за номенклатурна единица 2.15 възложителят изисква продукт стерилен чаршаф 70/90 см, с прорез и самозалепващ кант. Участникът е представил мостра без самозалепващ се кант и прорез.

В резултат на това участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Съгласно Раздел III. Съдържание на офертите и подаване на оферти. буква д) от Указанията за подготовка на офертата. комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил мостри, които не съответстват на изискванията описани в техническата спецификация на Възложителя или не е представил мостри за обособената позиция или за някоя номенклатура от обособената позиция, за която подава оферта. Разпоредбата на чл. 107 е императивна и задължава възложителя да отстрани участника.

II. Отстранявам участника „Хелмед България” ЕООД по обособени позиции № 1 и 5 на основание чл. 107, т. 1 и т. 2, буква „а“ от ЗОП.

Мотиви: Техническите предложения на участника по обособени позиции № 1 и 5, не са изготвени в съответствие с изискванията на възложителя, в резултат на което участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 1 и т. 2, буква „а“ от ЗОП участника се отстранява от участие в обществената поръчка по горепосочените обособени позиции, защото не е изпълнил условия, посочени в документацията на обществената поръчка. Разпоредбата на чл. 107 е императивна и задължава възложителя да отстрани участника.

По обособена позиция № 1 -- Не са представени мостри за номенклатурни единици 1.17; 1.18; 1.20. Съгласно Раздел III. Съдържание на офертите и подаване на оферти. буква д) от Указанията за подготовка на офертата, представянето на мостри за всички номенклатури от обособена позиция е задължително. Между представената оферта и изискванията на възложителя са налице и следните несъответствия:

- за номенклатурна единица 1.15 – предлаганият продукт не отговаря на изискванията по техническа спецификация – мострата не е от коприна, ПВЦ или микроперфориран полиетиленов филм, а е от хартия;
- за номенклатурна единица 1.16 – предлаганият продукт не отговаря на изискванията по техническа спецификация. Изискването на възложителя е лепенката за периферен венозен катетър да е прозрачна, а представената от участника мостра не е прозрачна;
- за номенклатурна единица 1.22 – предлаганият продукт не отговаря на изискванията по техническа спецификация за грамаж. Възложителят изисква продукт памук в разфасовка от 80 гр. , а участникът предлага разфасовка от 70гр.

В резултат на това участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

По обособена позиция №5 - Не са представени мостри за номенклатурни единици 5.1;5.2; 5.5; 5.6; 5.7 Съгласно Раздел III. Съдържание на офертите и подаване на оферти. буква д) от Указанията за подготовка на офертата Представянето на мостри за всички номенклатури от обособена позиция е задължително. Между представената оферта и изискванията на възложителя са налице и следните несъответствия: предоставените мостри за номенклатурни единици 5.2; 5.3; 5.4, не отговарят по техническа спецификация за безопасност - нямат защитен механизъм против убождане. В резултат на това

участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

III. Отстранявам участника „Софарма Трейдинг” АД по обособени позиции № 1 и 2 на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП и т. 2, буква „а“ от ЗОП.

Мотиви: Техническите предложения на участника по обособени позиции № 1 и 2 не са изготвени в съответствие с изискванията на възложителя, поради което на основание чл. 107 от ЗОП участникът се отстранява от участие по горепосочените обособени позиции, защото не е изпълнил условия, посочени в документацията на обществената поръчка. В резултат на това участникът е представил оферта по горепосочените обособени позиции, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Разпоредбата на чл. 107 е императивна и задължава възложителя да отстрани участника

По обособена позиция № 1 не е представена мостра за номенклатурна единица 1.22. Съгласно Раздел III. Съдържание на офертите и подаване на оферти, буква д) от Указанията за подготовка на офертата, представянето на мостри за всички номенклатури от обособена позиция е задължително. Между представената оферта и изискванията на възложителя са налице и следните несъответствия:

- за номенклатурна единица 1.16, възложителят е изложил следното изискване: лепенки за периферен венозен катетър, прозрачна. Участникът е представил мостра, която не е прозрачна.

- за номенклатурна единица 1.19, възложителят изисква Специализирана превръзка за рани 5/5 см. Участникът е представил мостра с размер 5/7.2.

По обособена позиция № 2 – не са представени мостри за номенклатурни единици 2.4; 2.5; 2.6 и 2.7. Съгласно Раздел III. Съдържание на офертите и подаване на оферти, буква д) от Указанията за подготовка на офертата, представянето на мостри за всички номенклатури от обособена позиция е задължително. Между представената оферта и изискванията на възложителя са налице и следните несъответствия:

- за номенклатурна единица 2.13 възложителят изисква следния продукт чаршаф. 150 / 240 см, с прорез и самозалепващ се кант. Участникът е представил мостра, която няма прорез и самозалепващ се кант.

- за номенклатурна единица 2.15 възложителят изисква Стерилен чаршаф 70/90 см, със самозалепващ кант, а мострата представена от участника няма самозалепващ се кант.

IV. Отстранявам участника „Соломед” ЕООД по обособени позиции № 2, 3, 5 и 15 на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП и т. 2, буква „а“ от ЗОП.

Мотиви: Техническите предложения на участника по обособени позиции № 2, 3, 5 и 15 не са изготвени в съответствие с изискванията на възложителя, поради което на основание чл. 107 от ЗОП участникът се отстранява от участие в обществената поръчка по горепосочените обособените позиции, защото не е изпълнил условия, посочени в документацията на обществената поръчка. В резултат на това участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Разпоредбата на чл. 107 е императивна и задължава възложителя да отстрани участника.

По обособена позиция № 2 Между представената оферта и изискванията на възложителя е налице несъответствие по отношение на мострата за номенклатурна единица 2.13. Предлагания от участника продукт е без прорез, а изискването на възложителя в

Техническата спецификация за номенклатурната единица е както следва: Чаршаф, 150 / 240 см, с прорез и самозалепващ се кант.

По обособена позиция № 3 – Не е предоставена мостра за номенклатурна единица 3.16. Съгласно Раздел III. Съдържание на офертите и подаване на оферти, буква д) от Указанията за подготовка на офертата, представянето на мостри за всички номенклатури от обособена позиция е задължително.

Между представената оферта и изискванията на възложителя са налице и следните несъответствия:

- за номенклатурна единица 3.6 - вместо 24G мостра е дадена 23G
- за номенклатурна единица 3.8 - вместо 26G мостра е дадена 25G

Предложените продукти не съответстват на изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация.

По обособена позиция № 5

Между представената оферта и изискванията на възложителя е налице несъответствие при мострата за номенклатурна единица 5.5 Възложителят изисква продукт периферен венозен катетър - 24G/15ml/min, а участникът е предложил артикул с техническа характеристика 22мл/мин. Между представената оферта и изискванията на възложителя е налице несъответствие и за номенклатурна единица 5.6 – предлаганият продукт няма предпазител против убождане.

По обособена позиция № 15 – участникът е предоставил една мостра за всички номенклатурни единици. Съгласно Раздел III. Съдържание на офертите и подаване на оферти, буква д) от Указанията за подготовка на офертата, представянето на мостри за всички номенклатури от обособена позиция е задължително.

V. Отстранявам участника „Агарта ЦМ” ЕООД по обособени позиции № 1, 2, 3 и 5 на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП и т. 2, буква „а“ от ЗОП.

Мотиви: Техническите предложения на участника по обособени позиции № 1, 2, 3 и 5 не са изготвени в съответствие с изискванията на възложителя, поради което на основание чл. 107 от ЗОП участникът се отстранява от участие в обществената поръчка по горепосочените обособени позиции, тъй като участникът не е изпълнил условия, посочени в документацията на обществената поръчка. В резултат на това участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Разпоредбата на чл. 107 е императивна и задължава възложителя да отстрани участника.

По обособена позиция № 1 – не са предоставени мостри за номенклатурни единици 1.18 и 1.19 Съгласно Раздел III. Съдържание на офертите и подаване на оферти, буква д) от Указанията за подготовка на офертата, представянето на мостри за всички номенклатури от обособена позиция е задължително.

По обособена позиция № 2 – не е предоставена мостра за номенклатурна единица 2.15. Съгласно Раздел III. Съдържание на офертите и подаване на оферти, буква д) от Указанията за подготовка на офертата, представянето на мостри за всички номенклатури от обособена позиция е задължително

Констатирано е и следното несъответствие - предлаганият продукт за номенклатурна единица 2.13 не отговаря на изискването по техническа спецификация, тъй като няма прорез. Изискването на възложителя за продукта е Чаршаф, стерилен 150/240 см, с прорез.

По обособена позиция № 3 – Няма предоставени мостри за номенклатурни единици – 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.14; 3.15; 3.16; 3.17; 3.18. Съгласно Раздел III. Съдържание на офертите и подаване на оферти, буква д) от Указанията за подготовка на офертата, представянето на мостри за всички номенклатури от обособена позиция е задължително.

Между представената оферта и изискванията на възложителя са налице несъответствия при мострите за номенклатурни единици 3.11 и 3.13. Предлаганите продукти не отговарят на изискванията по спецификация - не са в изискуемия размер. Предложени са артикули със следните технически характеристики - за номенклатурна единица 3.11- 26 G 5/8, а за номенклатурна единица 3.13 – 27 G 4/5.

По обособена позиция № 5 – няма предоставени мостри за номенклатурни единици – 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7 и 5.10. Съгласно Раздел III. Съдържание на офертите и подаване на оферти, буква д) от Указанията за подготовка на офертата, представянето на мостри за всички номенклатури от обособена позиция е задължително.

VI. Отстранявам участника „Истлинк България” ООД по обособени позиции № 1, 2, 3, 5, 14 и 15 на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП и т. 2, буква „а“ от ЗОП.

Мотиви: Техническите предложения на участника по обособени позиции № 1, 2, 3, 5, 14 и 15 не са изготвени в съответствие с изискванията на възложителя, поради което на основание чл. 107 от ЗОП участникът се отстранява от участие в обществената поръчка по горепосочените обособени позиции, тъй като участникът не е изпълнил условия, посочени в документацията на обществената поръчка. В резултат на това участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Разпоредбата на чл. 107 е императивна и задължава възложителя да отстрани участника.

По обособена позиция № 1 – Между представената оферта и изискванията на възложителя са налице несъответствия на мострите по номенклатурни единици, както следва:

1.12 – предоставена е превръзка, а не прикрепващ пластир;

1.13 - предоставена е превръзка, а не прикрепващ пластир;

1.14 - предоставена е превръзка, а не прикрепващ пластир;

1.15 - предоставена е превръзка, а не прикрепващ пластир;

1.16 – предоставената лепенка не е прозрачна, а трябва да бъде прозрачна съгласно изискванията на възложителя в Техническата спецификация;

1.18 - предоставена е изрезка от превръзка, не цяла превръзка за рани;

1.20 – предоставената мостра не е от текстил, каквото е изискването на възложителя, а от хартия;

По обособена позиция № 2

Между представената оферта и изискванията на възложителя са налице следните несъответствия: мострите за номенклатурни единици 2.13; и 2.15 не отговарят на изискванията по техническа спецификация. Предлаганите продукти нямат прорез.

По обособена позиция № 3 – Няма предоставени мостри по номенклатурни единици 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.11 и 3.18. Съгласно Раздел III. Съдържание на офертите и подаване на оферти, буква д) от Указанията за подготовка на офертата, представянето на мостри за всички номенклатури от обособена позиция е задължително.

Между представената оферта и изискванията на възложителя са налице и следните несъответствия: представените мостри за номенклатурни единици 3.14; 3.15 и 3.17 не отговарят на изискванията по спецификация за размер на иглите (дължината на иглите е 35мм, а възложителят изисква игли с дължина 88 мм т.е. предлаганите изделия са с по-къса игла.)

По обособена позиция № 5 – Няма мостри за номенклатурни единици – 5.5 и 5.6. Съгласно Раздел III. Съдържание на офертите и подаване на оферти, буква д) от Указанията за подготовка на офертата, представянето на мостри за всички номенклатури от обособена позиция е задължително.

Между представената оферта и изискванията на възложителя са налице и следните несъответствия: представените мостри за номенклатурни единици 5.1; 5.2, 5.3; 5.4 и 5.7 не отговарят на изискванията по спецификация - нямат предпазител срещу убождане.

Обособена позиция № 14 – няма предоставена мостра за номенклатурна единица 14.2. Съгласно Раздел III. Съдържание на офертите и подаване на оферти, буква д) от Указанията за подготовка на офертата, представянето на мостри за всички номенклатури от обособена позиция е задължително. Мострата за номенклатурна единица 14.1. не отговаря на изискването на дължина на конеца. Представената е мостра с дължина на конеца 45 см, а възложителят изисква 70 см.

По обособена позиция 15 – няма предоставени мостри за номенклатурни единици 15.1 и 15.2. Съгласно Раздел III. Съдържание на офертите и подаване на оферти, буква д) от Указанията за подготовка на офертата, представянето на мостри за всички номенклатури от обособена позиция е задължително

Между представената оферта и изискванията на възложителя е налице следното несъответствие – нито една от предоставените мостри за обособената позиция не отговаря на изискванията по спецификация липсва идентификационен номер.

VII. Прекратявам обществената поръчка по обособени позиции № 1, 2, 3, 5, 14 и 15, на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, защото всички оферти, които са представени по обособените позиции не отговарят на условията за представяне.

Мотиви: За обособена позиция № 1 са представени оферти от участниците „Хелмед България“ ЕООД, „Софарма Трейдинг“ АД, „Агарта ЦМ“ ЕООД и „Истлиник България“ ООД, които не отговарят на условията за представяне, като несъответствията са подробно описани в мотивите на т. II, III, V и VI от настоящото решение.

За обособена позиция № 2 са представени оферти от участниците „Химтекс“ ООД, „Софарма Трейдинг“ АД, „Соломед“ ЕООД, „Агарта ЦМ“ ЕООД и „Истлиник България“ ООД, които не отговарят на условията за представяне, като несъответствията са подробно описани в мотивите на т. I, III, IV, V и VI от настоящото решение.

За обособена позиция № 3 са представени оферти от участниците „Соломед“ ЕООД, „Агарта ЦМ“ ЕООД и „Истлиник България“ ООД, които не отговарят на условията

за представяне, като несъответствията са подробно описани в мотивите на т. III, V и VI от настоящото решение.

За обособена позиция № 5 са представени оферти от участниците „Хелмед България“ ЕООД, „Соломед“ ЕООД, „Агарта ЦМ“ ЕООД и „Истлинк България“ ООД, които не отговарят на условията за представяне, като несъответствията са подробно описани в мотивите на т. II, IV, V и VI от настоящото решение.

За обособена позиция № 14 е представена оферта от участника „Истлинк България“ ООД, която не отговаря на условията за представяне като несъответствията са подробно описани в мотивите на т. VI от настоящото решение.

За обособена позиция № 15 са представени оферти от участниците „Соломед“ ЕООД и „Истлинк България“ ООД, които не отговарят на условията за представяне като несъответствията са подробно описани в мотивите на т. III и VI от настоящото решение.

VIII. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му на участниците, посочени в него и в същия ден да се публикува в Профила на купувача на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД.

Преписката е достъпна в Профила на купувача с електронна връзка <http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/item/345-op-71-dostavka-na-medicinski-konsumativi-za-nuzhdite-na-mbalnp>.

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му от всеки заинтересован участник в процедурата.

Замченко

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИР

Акад. проф. д-р

на основание ел. 2

от 3310

Замченко

на основание

ел. 2 от 3310

*Срещно,
Османовски*